



HYDROLAB

HYDROLAB SP. Z O.O. SP.K.
Wesola 1 str.
83-010 Straszyn
POLAND

phone.: +48 58 341 16 69
+48 58 341 90 00
fax: +48 58 585 86 97

biuro@hydrolab.pl
www.hydrolab.eu

CONFORMITY DECLARATION CE

With a full responsibility, we declare that products:

water purification systems (demineralizers) – models: **HLP SMART, HLP 5, HLP 5S, HLP 5P, HLP 5SP, HLP 5UV, HLP 10, HLP 10S, HLP 10P, HLP 10SP, HLP 10UV, HLP 20P, HLP 20S, HLP 20SP, HLP 20UV, HLP 30P, HLP 30S, HLP 30SP, HLP 30UV, HLP 40**

fit the requirements of directives listed below:

- low-voltage electric device (LVD) No 2014/35/EU
- electromagnetic compatibility (EMC) No 2014/30/EU
- on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS II) 2011/65 / EU

Evaluation was performed by using harmonized standards:

- PN-EN 61010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów do pomiarów, sterowania i użytku z laboratoriach.
- PN-EN 61326 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
- PN-EN 62311 Ocena sprzętu elektronicznego i elektrycznego związana z ograniczeniami narażania ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)
- PN-EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Last two digits of the year, when the CE was issued: 14.

Przemysław Ganczarek

Date: 02/01/2021

Przemysław Ganczarek

HYDROLAB

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wesola 1, 83-010 Straszyn
NIP 604-015-22-97 KRS 0000392441