

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

El fabricante | **The manufacturer** | Le fournisseur

Declara que el equipo | **Declare that the equipment** | Declare que l'appareil:

CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL RS-0412 | CENTRIFUGEUSE ANGULAIRE DIGITALE RS-0412 | ANGLE
CENTRIFUGE DIGITAL RS-0412

Código | **Code** | Référence: GBF013

Cumple con las siguientes directivas | **Meet the following directives** | Accomplit les directives suivantes:

2014/35/EU

Directiva sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (Directiva sobre Baja Tensión)

[Directive relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits \(Low Voltage Directive\)](#)

Directive relative aux matériels électriques à employer dans certaines limites de tension (Directive de basse tension)

2014/30/EU

Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM)

[Directive for Electromagnetic Compatibility \(EMC\)](#)

Directive de Compatibilité Electromagnétique (CEM)

2015/863/EU

Directiva delegada (UE) 2015/863 de la Comisión de 31 de marzo de 2015 por la que se modifica el anexo II de la Directiva

2011/65/UE de Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas

[Commission delegated directive \(EU\) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances](#)

Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances faisant l'objet de restrictions.

EN 61010-1

Requisitos de seguridad de los equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio: Requisitos generales.

[Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements](#)

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales

EN 61010-2-101

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio - Parte 2-101: Requisitos particulares para equipos médicos de diagnóstico in vitro (DIV).

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire - Partie 2-101 : Règles particulières pour les appareils médicaux de diagnostic in vitro (DIV)

EN 61326-1

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio: Requisitos generales

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences de CEM - Partie 1 : Exigences générales

EN 61326-2-6

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio - Requisitos de compatibilidad electromagnética - Parte 2-6: Requisitos particulares - Equipos médicos de diagnóstico in vitro (IVD)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences de CEM - Partie 2-6 : Exigences particulières - Matériel médical de diagnostic in vitro (DIV)

EN 61000-3-2

Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-2: Límites - Límites para las emisiones de corrientes armónicas

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique

EN 61000-3-3

Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-3: Límites - Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement



AUXILAB, S. L.

N.º F. ESB 31072218

MATERIAL PARA LABORATORIO

Políg. Morea Norte, Calle D N 6 - Tel: 34-948 310513
31191 BERIÁIN (NAVARRA) (ESPAÑA)

Beriain, a 15 de Julio de 2022

Técnico de Producto /Product Technician